

Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle
Autodrome de Linas-Montlhéry BP2012 - 91311 Montlhéry Cedex France
Centre d'essais de Mortefontaine Route du golf - 68128 Mortefontaine
Tel : Montlhéry : +33 (0)1 69 80 17 00 / Mortefontaine : +33 (0) 3 44 54 51 51

CERTIFICAT

N° SEP/15-026

L'UTAC déclare que des tests réalisés sur le(s) produit(s) listé(s) ci-après, selon la norme EN1865-5 :2012 paragraphe 4.4, sont conformes aux exigences de cette norme (ce test est équivalent à un essai 10g pour les ambulances selon le paragraphe 4.5.9 de l'EN1789:2010 ; et pour les brancards selon le paragraphe 4.2.10 de l'EN1865-1:2012)

UTAC declares that tests have been carried out on the listed product(s) listed hereafter, following of the standard EN1865-5:2012 paragraph 4.4, are in accordance with requirements of this standard (this test is equivalent to 10 g test for emergency vehicles in standard EN1789:2010 paragraph 4.5.9; and for the stretcher in standard EN1865-1:2012 paragraph 4.2.10)

Demandeur (Siège social) :

KARTSANA SL
C. Narcís Monturiol, 34
SANT QUIRZE DEL VALLES
08192 BARCELONA
Espagne

Fabriquant :
Manufacturer :

KARTSANA SL
C. Narcís Monturiol, 34
SANT QUIRZE DEL VALLES
08192 BARCELONA
Espagne

Produit :
Product :

Table support de brancard KARTSANA R-419
Stretcher support KARTSANA R-419.

Directive / Règlement :
Directive / Regulation :

§4.4 de la norme EN1865-5 :2012
§4.4 of standard EN1865-5:2012

Document de référence :
Test report n° :

Rapport n°15/04864
Report n°15/04864

Date d'édition:

15 juillet 2015
July 15th, 2015



Nicolas VIE
Ingénieur projets